

1.1.

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 28. napján tartandó nyílt ülésére

Tárgy: Fogászati röntgenberendezés beszerzése

Előterjesztő: Pődör Gyula polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Iktatószám: 01/4147-2/2013.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé fogászati röntgenberendezés beszerzésére vonatkozó határozati javaslatot

1. Előzmények: A belső szabályzatnak megfelelően a három árajánlat bekérése megtörtént. A Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság 2013. augusztus 15. napján tartott ülésén szóbeli előterjesztés alapján az ajánlatban szereplő árakat a bizottság megismerte és kérte, hogy a Képviselő-testületi ülésre az ajánlati dokumentációk kerüljenek betérjesztésre.

2. Jogszabályi hivatkozások: -

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: A lízingszerződésből származó kötelezettség az adott költségvetési évben be kell tervezni.

4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet: Mellékletben csatolva.

5. Bizottsági vélemények (SzMSz. 40. § (5) bekezdés e) pont): ---

6. Előterjesztés tárgykörével való korábbi foglalkozás (SzMSz. 40. § (5) bekezdés f) pont): --

7. melléklet: határozati javaslat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot tárgyalja meg.

Enying, 2013. augusztus 23.

Tisztelettel:


Pődör Gyula
polgármester

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fogászati röntgenberendezéshez beérkezett három árajánlatot – melyek a határozat mellékletét képezik – megismerte és azok közül az OM DENT Kft. (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u.6-8.) bruttó 1.970.000,- Ft-os ajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a fogászati röntgenkészülék beszerzését lízing formájában kívánja megvalósítani, ezért felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen legalább három árajánlatot és azokat a következő Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottsági ülésre a döntéshez terjessze elő.

Felelős: Pődör Gyula polgármester

Határidő: 2013. szeptember 30.

Ájánlatkérő: Farkas Ildikó
Enying Önkormányzat

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Farkas Ildikó!

Az alábbiakban küldenénk árajánlatunkat a következő fogászati berendezésre:

Termék	VTSZ	Nettó egységár	Menny. (db)	Nettó ár	ÁFA (27%)	Bruttó ár
MyRay RXAC és MyRay Zen-X	9022	1.628.740,- Ft	1	1.628.740,- Ft	439.760,- Ft	2.068.500,- Ft


MyRay RXAC

Megbízható és biztonságos diagnosztikai röntgenberendezés

Minél többször használja valaki az RXAC-t, annál többre értékeli az egyszerűségét. A fogászati képalkotás diagnosztikai eszközeként került megtervezésre. A hagyományos röntgenberendezésekkel egyesítve került használatra az AC - technológia, mely nagymértékű megbízhatóságot és teljes kompatibilitást biztosít a röntgenek világában. Az RXAC tartalmaz egy stand-by funkciót, mellyel energiát takaríthat meg, éppen úgy mint az auto-check funkcióval, mely csak akkor indul el, ha a berendezés bekapcsolásra kerül.



Megbízhatóság



Az RXAC-ben nem fog csalódni. Ez a típusú intraorális röntgen kiváló minőségű képet biztosít. A helyes exponálási időt a fog kiválasztása után automatikusan adja hozzá. A hálózati feszültségben lévő különböző áram ingadozásokat, a mikroprocesszor segítségével kompenzálja az RXAC-ben. Továbbá a berendezés garantálja a maximális

biztonságot, mind a kezelő, úgy a páciens számára. Magas felbontású képalkotást biztosít.


Stabilitás

Szolid design elemek és tökéletesen kiegyenlített karok teszik az RXAC-t különösen megbízható eszközzé. Az berendezésnél a röntgenfej stabilan pozícionálható. A csuklós csatlakozások segítik a könnyebb mozgatót és a készülék biztonságos beállítását a kívánt röntgenfelvételhez. Kiváló ergonómiája lehetővé teszi minden pozícióban a könnyű használatot.

Minden funkció egy kézben

A kézi vezérlő elhelyezhető a röntgenberendezésben valamint fali-tartó verzióban is. Így elhelyezhető akár rendelőn kívül egyaránt. A fali tartó lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a beállítást és az exponálást egy másik helyiségben vigye véghez.

MyRay Zen-X



A ZEN-X / ZEN-Xi digitális rendszer kifejlesztette az egyszerűsített teljes intraoral röntgent, amely szintén megmutatja a képeket a számítógépen. Az új ergonómikus dizájnának köszönhetően, MyRay® szenzorok engedélyezik a könnyű intraorális fekvéseket. Az elsimított szélek és sarkok kerekítése kényelmesen alkalmazkodik a páciens szájának alakjához, így könnyű hozzáférést enged. MyRay szenzorok két cserélhető méretben kaphatóak, kielégítve a diagnosztikai követelményeket.

A ZEN-X / ZEN-Xi elektronikus modul kompatibilis a rendkívüli gyors általános USB 2.0-vel csatlakozik, ezáltal lerövidíti azt az időt, amely eltelik a röntgen expozíció és a számítógép kijelzőjén történő pár perces megjelenítés alatt.

A termék két verzióban kapható, hogy alkalmazza ugyanazt a technológiát, de különböző alkalmazásoknak megfelelően:

- Zen-X hordozható eszközként van tervezve;
- Zen-Xi úgy lett kialakítva, hogy kezelő egységbe is beépíthető, mert mechanikusan teljesen kompatibilis.

A Zen-X-ben, Az USB csatlakozó által a rendszer kényelmesebb és hordozható. Semmilyen áramszolgáltató adapter nem szükséges, mert az áramot az USB-port-on keresztül kapja az alacsony fogyasztási szükségletnek köszönhetően. USB portnak köszönhetően alacsony fogyasztást igényel.

Az ár tartalmazza a beszerelést és a helyszíni sugármérést is.

Szombathely, 2013. Augusztus 13.

Tisztelettel

Kenedli Flórián
Dentalcoop Plus Kft.

Enying Rendelőintézet
8130 Enying, Szabadság tér 16.

Dr. Farkas Ildikó részére

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Doktornő!

Köszönjük, hogy árajánlat kérésével cégünkhöz fordult. Megbeszélésünk szerint küldöm az árakat a szükséges készülékekre.

Gyártó	Megnevezés	Nettó listalár	Bruttó vételár	Bruttó kedv. ár
MyRay	RX AC intraorális röntgen 70 kV, 8 mA	750,000 Ft	952,500 Ft	809,625 Ft
MyRay	ZenX rtg. digitalizáló USB csatlakozós (1-es szenzor 20x30mm)	1,380,000 Ft	1,752,600 Ft	1,489,710 Ft
			2,705,100 Ft	2,299,335 Ft

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS KEDVEZMÉNYES BRUTTÓ VÉTELÁRA: 2.299.335 Ft

A vételár árfolyamfüggő! Most 1 Euro = 295 Ft-al számoltunk.

A vételár tartalmazza a szállítás és üzembehelyezés költségeit!

A készülékre 1 év gyártói garanciát vállalunk!

Szállítás: A megrendeléstől számított 3-4 hét.

Fizetés: Megrendeléskor 10% előleget kell fizetni. A fennmaradó részt az átadástól számított 8 napon belül átutalással.

Ajánlatunk 2013. november 15-ig érvényes!

Remélem, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését és megrendelésével hozzánk fordul.

Üdvözléttel:

Bevencze György


Budapest, 2013. augusztus 13.

A következő ajánlatot adom fogászati intraorális rtg.- és digitalizáló berendezésre:


MyRay RXAC

Megbízható és biztonságos diagnosztikai röntgenberendezés

Minél többször használja valaki az RXAC-t, annál többre értékeli az egyszerűségét. A fogászati képalkotás diagnosztikai eszközeként került megtervezésre. A hagyományos röntgenberendezésekkel egyesítve került használatra az AC - technológia, mely nagymértékű megbízhatóságot és teljes kompatibilitást biztosít a röntgenek világában. Az RXAC tartalmaz egy stand-by funkciót, mellyel energiát takaríthat meg, éppen úgy mint az auto-check funkcióval, mely csak akkor indul el, ha a berendezés bekapcsolásra kerül.



Megbízhatóság,



Ez a típusú intraorális röntgen kiváló minőségű képet biztosít. A helyes exponálási időt a fog kiválasztása után automatikusan adja hozzá. A hálózati feszültségben lévő különböző áram ingadozásokat, a mikroprocesszor segítségével kompenzálja az RXAC-ben, továbbá a berendezés garantálja a maximális biztonságot, mind a kezelő, úgy a páciens számára. Magas felbontású képkészítést biztosít.


Stabilitás

Szolid design elemek és tökéletesen kiegyenlített karok teszik az RXAC-t különösen megbízható eszközzé. Az berendezésnél a röntgenfej stabilan pozícionálható. A csuklós csatlakozások segítik a könnyebb mozgást és a készülék biztonságos beállítását a kívánt röntgenfelvételhez. Kiváló ergonómiája lehetővé teszi minden pozícióban a könnyű használatot.

Minden funkció egy kézben

A kézi vezérlő elhelyezhető a röntgenberendezésen valamint fali-tartó verzióban is. Így elhelyezhető akár rendelőn kívül egyaránt. A fali tartó lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a beállítást és az exponálást egy másik helyiségben vigye véghez.

MyRay Zen-X



A ZEN-X / ZEN-Xi digitális rendszer kifejlesztette az egyszerűsített teljes intraoral röntgent mely megmutatja a képeket a számítógépen. Az új ergonomikus dizájnak köszönhetően, MyRay® szenzorok felveszika szájüreg belső formáját,

A ZEN-X / ZEN-Xi elektronikus modul kompatibilis a rendkívüli gyors általános USB 2.0-vel csatlakozik, ezáltal lerövidíti azt az időt, amely eltelik a röntgen expozíció és a monitoron történő megjelenés között.

A termék két verzióban kapható, egyforma technológiával de különböző alkalmazásoknak megfelelően:

- Zen-X hordozható eszközként van tervezve;
- Zen-Xi úgy lett kialakítva, hogy kezelő egységbe is beépíthető, mert mechanikusan teljesen kompatibilis.

A Zen-X-ben, Az USB csatlakozó által a rendszer kényelmesebb és hordozható. Semmilyen adapter nem szükséges, mert a feszültséget az USB-porton keresztül kapja. USB portnak köszönhetően gazdaságosan üzemeltethető.

Az ajánlat tartalmazza a szállítást, üzembe helyezés költségeit. Garancia: 2 év.

Ár: Bruttó 1.970.000.-

Székesfehérvár 2013 06 26

Tisztelettel:



Otta Viktor
Ügyvezető

OM Dent Kft.

8000 Szésvár, Szechenyi u. 6-8.
Bsz.: 11600006-00000000-10811227
Adószám: 13168793-2-07